



KERAJAAN MALAYSIA
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994

Perakuan Kelayakan
DANDANG STIM

Perakuan ini adalah sah sehingga		10/12/2025
Nama Pemunya		PUSAT KESIHATAN PELAJAR UTEM (MK/16/22/1784)
Alamat surat menyurat pemunya		UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA HANG TUAH JAYA, DURIAN TUNGGAL 76100 DURIAN TUNGGAL MELAKA
Nama Penghuni		PUSAT KESIHATAN PELAJAR UTEM (MK/16/22/1784)
Alamat surat menyurat penghuni		UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA HANG TUAH JAYA, DURIAN TUNGGAL 76100 DURIAN TUNGGAL MELAKA
Dengan ini diperakui bahawa dandang stim tuan telah saya periksa pada		11/09/2024
dan saya berpuas hati yang ia boleh dikendalikan pada tekanan yang tidak lebih daripada		BOILER 250 kilopascal
Butir-butir tentang jentera dandang stim	Nombor Pendaftaran	MK-PMD-675
	Perihal	(D02) AUTOCLAVE
	Nama Pengilang	MEDILINE ITALIA S.R.L, ITALY
	Negara Pengilang	ITALY
	Nombor Siri	201309ZXB0059
	Permukaan memanaskan	0 meter persegi
	Kapasiti	0.00 tan per jam
	Tekanan yang membolehkan peranti pelepas tekanan dijalankan	BOILER 250 kilopascal
	Kuasa	TIDAK BERKENAAN
	Lokasi	PUSAT KESIHATAN PELAJAR UTEM (MK/16/22/1784) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA HANG TUAH JAYA, DURIAN TUNGGAL, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA
Nama orang kompeten jurutera dandang stim / jurutera dandang stim pelawat yang memegang perakuan		
Nama orang kompeten operator dandang stim		



Pengesahan Dokumen

Tarikh	24/10/2024
--------	------------

t.t.



MOHAMAD FAHMI BIN MOHAMAD ALI
Pemeriksa Kilang Dan Jentera